



АНТЕННА ДИПОЛЬНАЯ
АКТИВНАЯ
Е-30

Зав. № _____

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ПАСПОРТ

2021 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Назначение	3
2. Технические характеристики	4
3. Комплектность и маркировка	5
4. Устройство и принцип работы	7
5. Указания мер безопасности	8
6. Подготовка к работе	9
7. Порядок работы	11
8. Техническое обслуживание	13
9. Калибровка	14
10. Возможные неисправности и способы их устранения	18
11. Свидетельство о приёмке	19
12. Гарантии изготовителя	20
Приложение	21

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Антенна дипольная активная Е-30 (далее – Антенна или Изделие) предназначена для измерений напряжённости электрического поля в лабораторных помещениях, экранированных камерах и на открытых площадках совместно с измерительными приемниками, анализаторами спектра, селективными микровольтметрами или иными измерителями промышленных радиопомех (далее – Измеритель ИРП).

Допускается использование Антенны в комплекте с другими средствами измерений, имеющими аналогичные технические характеристики.

Рабочие условия эксплуатации Антенны даны в таблице 1.

Таблица 1 – Рабочие условия эксплуатации

Наименование	Значение
Температура окружающего воздуха, °С	5...40
Относительная влажность при температуре 25 °С, %, не более	90
Атмосферное давление, кПа (мм рт. ст.)	84...106,7 (630...800)

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технические характеристики Антенны даны в таблице 2.

Таблица 2 – Технические характеристики

Наименование	Значение
Рабочий диапазон частот, МГц	0,00001...30
Типовое значение коэффициента калибровки (в зависимости от частоты), дБ 1/м	20...40
Погрешность коэффициента калибровки, дБ, не более	±2
Отношение максимального напряжения к минимальному при изменении ориентации антенны в однородном поле, дБ, не менее	20
Номинальное значение выходного сопротивления, Ом	50
Максимально допустимая напряженность измеряемого электрического поля, В/м (дБ 1 мкВ/м)	1 (120)
Максимальный ток потребления в активном режиме, мА	200
Продолжительность непрерывной работы, ч, не менее	8
Габаритные размеры, мм, не более	135 × 135 × 35
Масса, кг, не более	0,5

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ И МАРКИРОВКА

Комплектность Антенны указана в таблице 3.

Таблица 3 – Комплектность

Наименование	Количество
Антенна дипольная активная Е-30	1 шт.
Блок питания стабилизированный	1 шт.
Коаксиальный кабель 6,0 м	1 шт.
Удлинитель кабеля питания	1 шт.
Штатив	1 шт.
Паспорт и руководство по эксплуатации	1 шт.
Кейс	1 шт.

Маркировочная табличка расположена на корпусе Антенны. Пример маркировочной таблички показан на рисунке 1.

На маркировочной табличке содержится информация об Антенне:

- тип,
- заводской номер.




Рис. 1 – Маркировочная табличка (пример)

4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Антенна состоит из приемного вибратора, дифференциального усилителя, коаксиального кабеля и блока питания.

В основу работы Антенны положен принцип преобразования наведенного в приемном вибраторе электрического тока в соответствующее ему напряжение на выходе антенны в рабочем диапазоне частот.

Дифференциальный усилитель служит для передачи симметричного относительно «земли» тока, наводимого в приемном вибраторе в несимметричную линию передачи, подключаемую к измерительному прибору.

В качестве световой индикации работы Антенны используются два светодиода, установленные в её корпусе. Эти светодиоды отображают наличие двухполярного питания Антенны.

5. УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

К работе с Антенной допускаются лица, изучившие её устройство, пункты 6 и 7 настоящего паспорта и прошедшие инструктаж по технике безопасности при работе с радиоизмерительными приборами.

При работе с антенной необходимо соблюдать следующие меры предосторожности:

- производить внешний осмотр Антенны только при выключенном источнике питания усилителя;
- производить устранение неисправностей только при выключенном источнике питания усилителя.

Все работы с Антенной должны производиться с учетом требований безопасности ГОСТ 12.1.006-84, «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденных Министерством энергетики Российской Федерации.

Металлические корпуса Измерителей ИРП и распределительных щитов должны быть заземлены. Корпуса испытываемого оборудования также должны быть заземлены, если заземление предусмотрено конструкцией данного оборудования.

Заземление осуществляется в соответствии с ГОСТ 12.1.030-81.

6. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Перед началом работы следует внимательно изучить настоящий паспорт, а также эксплуатационную документацию на используемые с Антенной средства измерений.

Провести подготовку к работе средств измерений, используемых совместно с Антенной, в соответствии с указаниями их эксплуатационной документации.

Проверить наличие защитного заземления на используемых средствах измерений.

Подключить сетевые кабели используемых средств измерений к сетевым розеткам.

Включить используемые средства измерений и дать им прогреться в течение времени, указанного в их эксплуатационной документации.

Присоединить Антенну (разъём RF OUT) ко входу Измерителя ИРП коаксиальным кабелем длиной 6 м.

При использовании средства измерений с входным сопротивлением 50 Ом Антенна подключается напрямую (без дополнительных нагрузок).

При использовании высокоомного средства измерений (например, с входным сопротивлением равным 600 Ом, 1 кОм или 1 МОм) антенна подключается через нагрузку 50 Ом.

Подключить блок питания к разъему DC +12В Антенны при помощи удлиняющего кабеля питания.

Блок питания включить в сеть.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ! Подключение блока питания к Антенне без нагрузки 50 Ом на выходе запрещено.

Время установления рабочего режима составляет 5 минут.

Отключение Антенны производить в обратном порядке.

7. ПОРЯДОК РАБОТЫ

7.1 Подготовка к проведению измерений.

Выполнить операции, указанные в разделе 6.

Геометрический центр диполя Антенны расположить в точке измерений, выбранной в соответствии с методикой измерений.

Произвести ориентацию Антенны на исследуемый источник сигнала в соответствии с применяемой методикой измерений (как правило по максимуму измеряемой напряжённости электрического поля).

7.2. Проведение измерений.

Измерение напряженности электрического поля сводится к измерению напряжения при помощи Измерителя ИРП и введению поправочного (антенного) коэффициента.

Измерение напряжения следует проводить в соответствии с эксплуатационной документацией на средство измерений.

Значение измеренной напряженности электрического поля определяется по формуле:

$$E = U_0 + K, \quad (1)$$

где:

E – напряженность измеряемого электрического поля в дБ относительно 1 мкВ/м;

U_0 – показания Измерителя ИРП в дБ относительно 1 мкВ;
К – коэффициент калибровки Антенны в дБ относительно 1/м на частоте измерения (из сертификата о калибровке).

Примечание При измерениях на частотах, не указанных в сертификате о калибровке, допускается использовать линейное усреднение частотной характеристики коэффициента калибровки Антенны.

8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Техническое обслуживание заключается в периодическом проведении профилактических осмотров, обеспечивающих работоспособность Антенны.

Обслуживание должно проводиться лицами, непосредственно эксплуатирующими Антенну.

Техническое обслуживание Антенны следует проводить не реже одного раза в месяц в объеме и последовательности в соответствии с таблицей 4.

Таблица 4 – Техническое обслуживание

Проверяемая характеристика	Методика проверки	Требование
Комплектность	Сличение с перечнем табл. 3 раздела 3	Соответствие перечню
Внешний вид	Внешний осмотр	Отсутствие механических повреждений и целостность маркировки
Состояние разъемов	Внешний осмотр	Отсутствие потемнений и вмятин

9. КАЛИБРОВКА

9.1. Общие сведения

Антенна после изготовления подвергается калибровке. По результатам калибровки оформляется Сертификат о калибровке с указанием в нём значений коэффициента калибровки.

Антенна должна подвергаться периодической калибровке один раз в год.

После ремонта Антенна должна подвергаться внеочередной калибровке.

9.2. Операции калибровки

Операции калибровки Антенны:

- внешний осмотр (п. 9.6.1);
- опробование (п. 9.6.2);
- определение значений коэффициента калибровки (п. 9.6.3).

9.3. Средства калибровки

Для калибровки Антенны должны применяться следующие средства измерений и эталоны:

- установка поверочная измерительных антенн с погрешностью не более $\pm 5,0$ % в диапазоне частот от 10 Гц до 30 МГц;
- измеритель ИРП.

9.4. Требования безопасности

При проведении калибровки должны выполняться требования безопасности:

- приведенные в разделе 5 настоящего паспорта.
- указанные в документации на используемые средства измерений и эталоны.

9.5. Условия калибровки и подготовка к ней

При проведении калибровки должны соблюдаться условия, указанные в таблице 5.

Таблица 5 – Условия калибровки

Наименование	Значение
Температура окружающего воздуха, °С	15...25
Относительная влажность при температуре 25 °С, %, не более	80
Атмосферное давление, кПа (мм рт. ст.)	96...104 (720...780)

9.6. Проведение калибровки

9.6.1. Внешний осмотр

Внешний осмотр проводится в соответствии с таблицей 1.

9.6.2. Опробование

При опробовании следует проверить:

- возможность установки и ориентации Антенны в пространстве;

- возможность присоединения к Антенне и Измерителю ИРП кабелей из комплекта Антенны;
- наличие показаний при присоединении Антенны к Измерителю ИРП и размещении Антенны в известном электрическом поле, создаваемом эталоном (поверочной установкой).

9.6.3. Определение значений коэффициента калибровки.

Определение значений коэффициента калибровки производят при одном значении напряженности поля в рабочем диапазоне частот. Число частотных точек должно быть не менее десяти, включая крайние точки диапазона.

Создать при помощи поверочной установки электрическое поле известной напряженности E в дБ относительно 1 мкВ/м.

Настроить Измеритель ИРП на частоту сигнала и записать его показания U в дБ относительно 1 мкВ.

Вычислить коэффициент калибровки K в дБ относительно 1/м по формуле:

$$K = E - U. \quad (3)$$

Допускается проводить измерения коэффициента калибровки Антенны иными методами в соответствии с эксплуатационной документацией на применяемые средства калибровки.

Результаты измерений и вычислений заносят в протокол, рекомендуемая форма которого приведена в Приложении.

Значение погрешности определения коэффициента калибровки Антенны не превышает ± 2 дБ.

10. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Перечень возможных и наиболее часто встречающихся неисправностей, их вероятные причины и способы устранения приведены в таблице 6.

Таблица 6 – Возможные неисправности

Наименование неисправности, внешнее проявление и дополнительные признаки	Вероятная причина	Способ устранения
Не светится один или два светодиода	Неисправность блока питания	Заменить или отремонтировать блок питания
	Усилитель вышел из строя	Обратиться к изготовителю
Отсутствует сигнал на выходе Антенны	Обрыв коаксиального кабеля	Заменить или отремонтировать коаксиальный кабель
	Антенна вышла из строя	Обратиться к изготовителю

11. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Антенна дипольная активная Е-30, зав. номер № _____
имеет технические характеристики, соответствующие
указанным в данном паспорте, и признана годной к
эксплуатации.

Дата выпуска: _____ 2021 г.

(должность)

(подпись)

(ФИО)

М.П.

12. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие технических характеристик Антенны значениям, указанным в данном паспорте, в течение гарантийного срока при соблюдении потребителем условий эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации Антенны – 12 месяцев с начала эксплуатации, но не более 18 месяцев со дня поставки Антенны потребителю.

Изготовитель безвозмездно проводит ремонт или замену Антенны, если в течение гарантийного срока будут обнаружены возникшие по вине изготовителя несоответствия технических характеристик Антенны значениям, указанным в данном паспорте.

Изготовитель:

Наименование	ИП Петрищев А.В.
ОГРНИП	319547600178626
Адрес	630025, г. Новосибирск, ул. 1-ая Механическая, д. 12, кв. 9
Web	www.antenna154.ru
E-mail	antenna154.ru@mail.ru
Телефон	+7 913 922 13 47

(должность)

(подпись)

(ФИО)

М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ

ПРОТОКОЛ

калибровки Антенны дипольной активной типа Е-30

зав. № _____,

принадлежащей _____.

Основная аппаратура, используемая при калибровке:

1. Рабочий эталон типа _____, зав. № _____.

Таблица П1 – Значения коэффициента калибровки

Частота, МГц	Е, дБ 1 мкВ/м	U, дБ 1 мкВ	К, дБ 1/м
0,00001			
0,00002			
0,00006			
0,00012			
0,0005			
0,001			
0,002			
0,005			
0,009			
0,01			
0,02			
0,05			
0,1			
0,2			
0,5			
1			
2			
5			
10			
20			
30			

Измерения провел:

(должность)

(подпись)

(ФИО)

М.П.

" ____ " _____ 20 ____ г.